Product Information

全てのお客様のために
直販のブランド
Full-Steri

大腸菌群検査用 BGLB 液体培地・2 倍濃度 BGLB 液体培地

～クリアな試験管で見やすい！ダーラム管入り調製済み培地～

BGLB 液体培地ご使用方法

■10 倍・100 倍・1000 倍の希釈試料液をご用意ください。
■キャップを開ける前に、本品を傾けるなどしてダーラム管の中から気泡を除いてください。
■キャップをあけ、各倍率の希釈し試料液 1ml をそれぞれ 3 本(計 9 本)の BGLB 液体培地に滴下してください。
■ダーラム管の中に気泡が無いことを確認し、乳及び乳製品の場合は、32～35℃、24±2 時間、それら以外の検体の場合は 35±1℃、48±3 時間培養を行ってください。
■ダーラム管の中に気泡が認められた場合、大腸菌群陽性と判断します。
■確定試験をする場合には、EMB 寒天培地で行ってください。

2 倍濃度 BGLB 液体培地ご使用方法

■キャップを空ける前に、本品を傾けるなどしてダーラム管中から気泡を除いてください。
■試料液 10ml を 2 倍濃度 BGLB 液体培地に加え混合して下さい。
■ダーラム管の中に気泡が無いことを確認し 35±1℃、48±3 時間培養を行ってください。
■ダーラム管の中に気泡が認められた場合、大腸菌群陽性と判断します。
■確定試験をする場合には、EMB 寒天培地で行ってください。

BGLB 液体培地　　2 倍濃度 BGLB 液体培

食品衛生法規定品

■BGLB 液体培地
栄養分の豊富な食品にご使用下さい（健康食品や香料、乳製品等を製造されている企業様にもご愛顧いただいております）

■2 倍濃度 BGLB 液体培地
・包装後加熱食肉製品
・魚肉練り製品
・鯨肉製品

■ 製品仕様

品番	053-12003	3205
品名	BGLB 液体培地	2 倍濃度 BGLB 液体培地
入数	240 本（40 本×6 箱）	100 本（1 箱）
本体サイズ	試験管 18mm（直径）×100mm スクリューキャップ付 ダーラム管 7mm（直径）×30mm	試験管 29mm（直径）×835mm スクリューキャップ付 ダーラム管 7mm（直径）×30mm
材質	本体（試験管）：通常 BGLB：ポリスチレン　2 倍濃度 BGLB：ポリプロピレン キャップ：ポリエチレン　ダーラム管：ポリカーボネート	
容量	10ml/本	10ml/本
使用期限	製造日より 6 ヵ月	みなし 6 ヶ月
保存方法	常温保存	
送料	弊社負担	

サンプルをご用意しております。お申しつけください。
BGLB 液体培地は 120 本、60 本もございます。

全てのお客様のために
直販のブランド
Full-Steri
ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ
0120－82－4929

アテクト 液体培地　検索

株式会社 アテクト
滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1
TEL 0748-20-3535
FAX 0748-25-7171
URL http://www.atect.co.jp/
E-mail biosales@atect.co.jp