

試験成績書

株式会社アテクト

製品名 : 生培地 CP加ポテトデキストロース寒天培地
ロット番号 : *****
製造日 : ****年 **月 **日
有効期限 : 製造日より3ヶ月

試験項目	判定基準	結果
無菌性	菌の発育を認めない	合格
外観検査	淡黄色で澄明である	合格
	培地表面上に試験に支障をきたす気泡が無い	合格
培地のpH	pH5.4~5.8	合格
発育試験		
<i>Candida albicans</i> NBRC 1594	発育良好 ^{*1}	合格
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ^{*3} ATCC 16404	発育良好 ^{*1}	合格
<i>Escherichia coli</i> NBRC 3972	発育抑制 ^{*2}	合格
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	発育抑制 ^{*2}	合格
特記事項	<p>*1 試験菌100cfu以下を接種し、20~25℃、好気培養にて5日以内に確認</p> <p>*2 試験菌100cfu以上を接種し、20~25℃、好気培養にて5日後に確認</p> <p>*3 第16改正日本薬局方により、菌株の名称を変更しております。(旧名称 <i>Aspergillus niger</i>)</p>	
総合判定		合格

判定日	試験責任者	試験担当者
****年 **月 **日		

atect