

試験成績書

株式会社アテクト

製品名 : 生培地 エームス試験用最少グルコース寒天培地
 ロット番号 : *****
 製造日 : ****年 **月 **日
 保管条件 : 常温 (15 ~ 25)

試験項目	判定基準	結果
無菌性	菌の発育を認めない	合格
外観検査	乳白色である	合格
	培地表面上に試験に支障をきたす気泡が無い	合格
培地のpH	7.0 ± 0.2	合格

変異原性試験結果 (復帰コロニー数/plate)										
菌株	S9 mix (-)					S9 mix (+)				
	陽性対照物質	溶媒対照		陽性対照		陽性対照物質	溶媒対照		陽性対照	
		結果	規格	結果	規格		結果	規格	結果	規格
TA100	AF-2 0.01 µg/plate	**	**	**	**	2AA 1 µg/plate	**	**	**	**
TA1535	NaN ₃ 0.5 µg/plate	**	**	**	**	2AA 2 µg/plate	**	**	**	**
WP2uvrA	AF-2 0.01 µg/plate	**	**	**	**	2AA 10 µg/plate	**	**	**	**
TA98	AF-2 0.1 µg/plate	**	**	**	**	2AA 0.5 µg/plate	**	**	**	**
TA1537	9AA 80 µg/plate	**	**	**	**	2AA	**	**	**	**

試験方法等	
試験方法	ブレインキューベーション法
試験菌	Nutrient Broth No.2 (Oxoid) Lot. *****
前培養条件	37 にて7時間培養
溶媒	Dimethyl sulfoxide
寒天	品名 : ***** 購入先 : ***** Lot No. ***** *****
培養条件	37 、48時間
特記事項	
総合判定	合格

判定日	試験責任者	試験担当者
****年 **月 **日		