

試験成績書

株式会社アテクト

製品名 : 生培地 標準寒天培地
ロット番号 : *****
製造日 : ****年 **月 **日
有効期限 : 製造日より3ヶ月

試験項目	判定基準	結果
無菌性	菌の発育を認めない	合格
外観検査	淡黄色で澄明である	合格
	培地表面上に試験に支障をきたす気泡が無い	合格
培地のpH	pH 7.0±0.2	合格
発育試験		
<i>Staphylococcus aureus</i> NBRC 13276	発育良好*1	合格
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> NBRC 13275	発育良好*1	合格
<i>Escherichia coli</i> NBRC 3972	発育良好*1	合格
<i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC 13813	発育良好*1	合格
<i>Listeria monocytogenes</i> ATCC 19115	発育良好*1	合格
<i>Bacillus cereus</i> IFO 3836	発育良好*1	合格
特記事項	*1 30~35℃にて2日間培養後に判定	
総合判定		合格

判定日	試験責任者	試験担当者
****年 **月 **日		

atect